

Ordre de prélèvement - Tubes BD Vacutainer®

A PRÉLÈVEMENT DE SANG


Tube neutre
(sans additif)



B PRÉLÈVEMENT DE SANG + HÉMOCULTURE

Flacon
aérobie

Flacon
anaérobie



* Autres tubes : ACD, VS, Aprotinine et tube Thrombine (toujours en dernier)

Basé sur les recommandations CLSI H3-A6, H21-A5 et GEHT 2007

Becton Dickinson France SAS. Siège social : 11, rue Aristide Bergès, BP 4. 38801 Le Pont de Claix Cedex - Tél. 04 76 68 36 36
BD, le logo BD et Vacutainer sont la propriété de Becton, Dickinson and Company - © 2012 BD - CarteA6_OdP_B_06/12_V01 - ABCom 38
www.bd.com/fr/pas - email : vacutainerfr@bd.com

Les DM présentés dans ce document sont marqués CE. Aiguilles de prélèvement : Dir 93/42/CE, classe IIa, NSAI, BSI. Unités à prélèvement : Dir 93/42/CE, classe IIa, NSAI. Tubes de prélèvement : Dir 98/79/CE, auto-déclaration. Fabricant : Becton, Dickinson and Company. Pour une bonne utilisation de ces produits, consulter les recommandations d'utilisation.

